

Gostyń, dn. 14 października 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Dostawa leków dla apteki szpitalnej SPZOZ w Gostyniu*. Numer postępowania: *SPZOZXII/4/19*; pakiet nr 35.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 35 jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B; 01-531 Warszawa

Oferta jest jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą złożoną w postępowaniu w zakresie ww. pakietu a nadto:

- 1) oferta nie podlega odrzuceniu;
- 2) Wykonawca spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986), uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 35 Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone przez:

- 1) FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o.; ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice;
- 2) Salus International Sp. z o.o.; ul. Pułaskiego 9 / 40-273 Katowice

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami siwz (*Formularz asortymentowo – cenowy pakiet 35*) Wykonawca zobowiązany był zaoferować:

Paski do glukometru spełniające następujące m.in. następujące wymagania:

- ✓ *wymagana wielkość próbki krwi: 0,6µl;*
- ✓ *zakres hematokrytu: od 10-65%;*
- ✓ *rodzaj badanej krwi: pełna krew kapilarna, pełna krew żylna i tętnicza;*
- ✓ *możliwość badania krwi noworodka;*

- ✓ oparte na enzymie dehydrogenaza glukozy z mutacją chinoproteiny
- ✓ współpracujące z glukometrami o zakresie pomiarowym od 10 do 600 mg/dl;
- ✓ współpracujące z glukometrami o czasie pomiaru 5 sekund;
- ✓ współpracujące z glukometrem o pamięci 500 wyników i 20 wyników testów kontrolnych;
- ✓ współpracujące z glukometrem wyłączającym się automatycznie kilka sekund po wyjęciu paska;
- ✓ współpracujące z glukometrem skalibrowanym na osocze;
- ✓ współpracujące z glukometrem spełniającym wymagania normy ISO 15197:2015;
- ✓ opakowanie – 50 sztuk

Wykonawcy w złożonych ofercie zaoferował Paski testowe OKmeter Core*50szt. Na podstawie ogólnodostępnej wiedzy (strona internetowa producenta: <https://diather.pl/produkty/monitorowanie-glikemii/#okmeter-core> lub ulotka dołączona do glukometru) Zamawiający stwierdził, że w parametrze wielkości kropli krwi oraz zakresie hematokrytu zaoferowany produkt jest niezgodny z wymaganiami siwz. W zaoferowanych paskach zastosowano enzym GDH FAD w zamian wymaganego przez Zamawiającego Mut.Q-GDH. Ponadto wymagana wielkość próbki krwi wynosi 0,7µl a nie 0,6µl, zakres pomiarowy 20-600 mg/dl a nie 10-600 mg/dl. Wobec powyższego Zamawiający odrzucił oferty ww. Wykonawców zakresie pakietu nr 35 jako niezgodne z siwz tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Justyna Jaskulska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu
mgr Justyna Jaskulska