

Gostyń, dn. 31 grudnia 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: *Dostawa wyrobów medycznych apteki szpitalnej SPZOZ w Gostyniu.*
Numer postępowania:SPZOZ.XII/7/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 85

Pakiet 44 poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź nr 85

Zamawiający rozmiarów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 86

Pytanie dot. projektu umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź nr 86

Zamawiający określa minimalną zakres zamówienia na 10% wartości umowy, jednocześnie informując, że oszacował z należytą starannością na rok wartość zamówienia w oparciu o posiadana wiedzę.

Pytanie nr 87

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w §5 ust. 5 ogólnych warunków umowy zostało dodane wyrażenie „,chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie §5 ust. 5 ogólnych warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność §5 ust. 5 ogólnych warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź nr 87

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 88

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie jedynie oryginału faktury bez dodatkowej kopii?

Odpowiedź nr 88

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 89

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź nr 89

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 wzoru umowy?

Odpowiedź nr 90

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 91

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto Umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 91

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 92

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź nr 92

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 93

Pakiet 25

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga 1150 sztuk, czy opakowań. Ile sztuk w opakowaniu i ile opakowań oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź nr 93

Zamawiający oczekuje 1150 sztuk, mając na myśli opakowanie jako jedną sztukę. Zamawiający nie określa ile sztuk znajduje się w opakowanie zbiorczym.

Pytanie nr 94

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 1 Jednorazowe kleszcze biopsyjne długość robocza 180 cm, szczęki 3,0 mm, pakowane po 10 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 94

Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 2 Jednorazowe kleszcze biopsyjne długość robocza 230 cm, szczęki 3,0 mm; pakowane po 10 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 95

Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet nr 28

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 3 Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, średnica otwartej pętli 24 lub 36mm do wyboru, długość robocza 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2.3mm, opakowanie a 10 sztuk.

Odpowiedź nr 96

Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 97

Pakiet 25, poz.2.

Czy Zamawiający oczekuje we wskazanej pozycji 1150 opakowań kleszczy, czy zaszła omyłka i jednostką miary powinny być sztuki?

Odpowiedź nr 97

Zamawiający oczekuje **1150 sztuk**, mając na myśli opakowanie jako jedną sztukę. Zamawiający nie określa ile sztuk znajduje się w opakowanie zbiorczym.

Pytanie nr 98

Pakiet 28, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kleszczy o średnicy szczęk 2,3mm do kanału roboczego 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 98

Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 99

Pakiet 28, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kleszczy o średnicy szczęk 2,3mm, długości roboczej 230 cm, kompatybilne z do kanałem roboczym endoskopu 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 99

Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 100

Pakiet 28, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pętli o średnicy otwarcia 32mm i długości roboczej 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający oczekuje zaferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź nr 101

Zamawiający nie dokona powyższej modyfikacji.

Pytanie nr 102

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2, 5:

1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem wyrobów medycznych do Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej **części** dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla każdego przypadku opóźnienia dot. jakiegokolwiek partii asortymentu odrębnie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, dostarczonej z opóźnieniem;**

2. W razie opóźnienia w dostawie zamówionych wyrobów medycznych lub niemożności wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może zrezygnować z dostawy tych wyrobów medycznych i nabyć od podmiotów trzecich taką samą ilość wyrobów medycznych równoważnych, jak wskazana w PLNóżonym zamówieniu (zakup interwencyjny) na koszt i ryzyko Wykonawcy. W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych objętych zakupem interwencyjnym natomiast będzie zobowiązany do:
- 1) zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części dostawy brutto.
 - 2) zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wyrobów medycznych wynikającą z Umowy, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto Umowy.

Odpowiedź nr 102

Zamawiający nie dokona powyższej modyfikacji.

Pytanie nr 103

Pakiet nr 32 poz. 1-4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-4 opaski gipsowej o czasie wiązania 3-4 minuty?

Odpowiedź nr 103

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 104

Pakiet nr 32 poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3 i 4 opaski gipsowej o poniższych wymiarach:

- pozycja 3 – wymiar 14cm x 3m
- pozycja 4 – wymiar 16cm x 3m

Odpowiedź nr 104

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 105

Pakiet nr 32 poz. 5-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 5-10 rękawów opatrunkowych o długości 6,5m w stanie swobodnym oraz 20m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź nr 105

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 106

Pakiet 31 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania paski do bezurazowego zamykania ran, jałowe, kolorze cielistym, 3 mm x 76 mm, a"5 sztuk?

Odpowiedź nr 106

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 107

WZÓR UMOWY

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie

zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź nr 107

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 108

Pakiet 3, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź nr 108

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 109

Pakiet 3, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

Odpowiedź nr 109

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Pakiet 3, poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź nr 110

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111

Pakiet 3, poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź nr 111:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112

Pakiet 3, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź nr 112

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113

Pakiet 3, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź nr 113

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114

Pakiet 3, poz. 5-10

Czy zamawiający dopuszcza fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź nr 114

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 115

Pakiet 3, poz. 11

Czy zamawiający dopuści maskę wiążaną na troki o rozmiarze 170 mm x 95 mm (+/-0,5 mm) w stanie nierozłożonym, troki górne ok 400 -450 mm, troki dolne ok 350-400 mm, z usztywnieniem na nos umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny - o długości ok. 10-11 cm, w kolorze zielonym?

Odpowiedź nr 115

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

Pakiet 3, poz. 11

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, o gramaturze każdej z warstw ok. 25 g/m²?

Odpowiedź nr 116

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117

Pakiet 3, poz. 4-11

Czy zamawiający wydzieli poz.4-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 117

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 118

Pakiet 5, poz. 12,16

Czy zamawiający wydzieli poz.12,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 118

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 119

Pakiet 14, poz. 16-17,19-22,

Czy zamawiający wydzieli poz. 16-17,19-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 119

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 120

Pakiet 14, poz. 20

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m²,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46

cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź nr 120

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 121

Pakiet 23, wyroby medyczne VI, poz. 8,18-19,22-25,36,

Czy zamawiający wydzieli poz. 8,18-19,22-25,36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 121

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 122

Pakiet 27

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu - obręcz, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź nr 122

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123

Pakiet 30, poz. 1-2,6-7,12

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,6-7,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 123

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 124

Pakiet 30, poz. 9-11

Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź nr 124

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 125

Pakiet 30, poz. 12

Czy zamawiający dopuści kompres 17 nit. 8 warstwowy?

Odpowiedź nr 125

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 126

Pakiet 31, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie blister 5 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr 126

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 127

Pakiet 31, poz. 7

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odpowiedź nr 127

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 128

Pakiet 31, poz. 7

Czy zamawiający dopuści gazę w roli?

Odpowiedź nr 128

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 129

Pakiet 31, poz. 14

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowani 1 szt, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź nr 129

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 130

Pakiet 31, poz. 12-14

Czy zamawiający wydzieli poz.12-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 130

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 131

Pakiet 32, poz. 5-10

Czy zamawiający wydzieli poz.5-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź nr 131

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 132

Pakiet 32, poz. 5-10

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw.

Odpowiedź nr 132

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ. Nie ma w nim mowy o poszczególnych częściach ciała.

Pytanie nr 133

Pakiet 32, poz. 5-10

Czy zamawiający dopuści siatkę o dł 10 mb w stanie spoczynku i 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź nr 133

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ lub dopuszczonego innymi odpowiedziami.

Pytanie nr 134

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 200ml?

Odpowiedź nr 134

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 135

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz z igłą 23G o głębokości nakłucia 1,8mm?

Odpowiedź nr 135

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 136

Pakiet 1 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu 100szt z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 136

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 137

Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny cewnik do podawania tlenu zawierający ftalany, o dł. 200cm?

Odpowiedź nr 137

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 138

Pakiet 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w kolorze zielonym, przezroczysty?

Odpowiedź nr 138

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139

Pakiet 1 poz. 26-36

Czy Zamawiający dopuści, aby cewnik dwudrożny Foley'a był pakowany podwójnie wewnątrz folia zewnątrz folia-papier?

Odpowiedź nr 139

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 140

Pakiet 1 poz. 27-36

Czy Zamawiający dopuści, aby cewnik dwudrożny był sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź nr 140

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141

Pakiet 1 poz. 57

Czy Zamawiający dopuści kaniulę silikonową zastawką portu bocznego oraz ze standardowym (domykanym ręcznie) koreczkiem portu bocznego?

Odpowiedź nr 141

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 142

Pakiet 1 poz. 58-63

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania typu Redon zawijany?

Odpowiedź nr 142

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 143

Pakiet 1 poz. 66

Czy Zamawiający dopuści kankę w rozmiarze CH 30 x 400mm?

Odpowiedź nr 143

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 144

Pakiet 1 poz. 67

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 542 opakowania?

Odpowiedź nr 144

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 145

Pakiet 1 poz. 70

Czy Zamawiający dopuści łącznik jałowy?

Odpowiedź nr 145

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 146

Pakiet 1 poz. 76

Czy Zamawiający dopuści miski tekturowe o pojemności 900ml?

Odpowiedź nr 146

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 147

Pakiet 1 poz. 88

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi, wykonany z PCV wolnego od ftalanów?

Odpowiedź nr 147

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 148

Pakiet 1 poz. 91

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150cm?

Odpowiedź nr 148

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 149

Pakiet 1 poz. 103

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź nr 149

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 150

Pakiet 1 poz. 114

Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze do pępowiny?

Odpowiedź nr 150

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź nr 151

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 152

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 600%?

Odpowiedź nr 152

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 153

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rąk o chłonności 530%?

Odpowiedź nr 153

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154

Pakiet 3, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź nr 154

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

Pakiet 3, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w kolorze zielonym?

Odpowiedź nr 155

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 156

Pakiet 3, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź nr 156

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157

Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź nr 157

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 158

Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź nr 158

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159

Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z 3 warstw – 20g/m² + 25g/m² + 25g/m²?

Odpowiedź nr 159

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w rolce o wymiarach 80mm x 25m, bez nadruku?

Odpowiedź nr 160

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 161

Pakiet 17, pozycja 11-16

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w ilości protein max 33 µg/g, pozostałe warunki zgodne z SIWZ?

Odpowiedź nr 161

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 162

Pakiet 17, pozycja 17-24

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,0-9,0?

Odpowiedź nr 162

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 163

Pakiet 17, pozycja 17-24

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 jako równoważną do ASTM D3577?

Odpowiedź nr 163

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 164

Pakiet 17, pozycja 25-32

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, polimerowane obustronnie?

Odpowiedź nr 164

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 165

Pakiet 17, pozycja 25-32

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 278-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02, na dłoni 0,15mm+/-0,02, na mankiecie 0,13mm+/-0,02, posiadające AQL 0,65?

Odpowiedź nr 165

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 166

Pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr 166

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167

Pakiet 23, pozycje 18 - 91

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu w opakowaniach foliowych?

Odpowiedź nr 167

Zamawiający dopuszcza w pozycjach 18-19.

Pytanie nr 168

Pakiet 30, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź nr 168

Zamawiający nie stawia wymagań co do opakowania.

Pytanie nr 169

Pakiet 32, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odpowiedź nr 169

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170

Pakiet 32, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 170

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 171

Pakiet 32, pozycja 5-10

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m w stanie wolnym i 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź nr 171

Zamawiający wymaga rękawów opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 172

Pakiet 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x7,5cm?

Odpowiedź nr 172

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 173

Pakiet 33, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

Odpowiedź nr 173

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 174

Pakiet 33, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź nr 174

Zamawiający nie stawia wymagań co do opakowania.

Pytanie nr 175

Pakiet 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź nr 175

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 176

Pakiet 33, pozycja

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź nr 176

Z uwagi na brak wymienionej pozycji Zamawiający nie może udzielić wiążącej odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 177

Pakiet 33, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 177

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 178

Pakiet 35, pozycja 22-25 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najlepszej dostępnej na rynku stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na wyginanie?

Odpowiedź nr 178

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179

Pakiet 35, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 5/0 ?

Odpowiedź nr 179

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 180

Pakiet 36, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź nr 180

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 181

Pakiet 36, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 70cm?

Odpowiedź nr 181

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 182

Pakiet 36, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź nr 182

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183

Pakiet 36, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej?

Odpowiedź nr 183

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 184

Pakiet 36, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Odpowiedź nr 184

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 185

Pakiet 36, pozycja 7 – Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje zaoferowanie igły ½ koła okrągłej?

Odpowiedź nr 185

Zamawiający oczekuje igły odwrotnie tnącej.

Pytanie nr 186

Pakiet 36, pozycja 8 – 9 – Czy Zamawiający w tych pozycjach oczekuje zaoferowanie igieł 3/8 koła odwrotnie tnących?

Odpowiedź nr 186

Zamawiający oczekuje igły odwrotnie tnącej.

Pytanie nr 187

Pakiet 36, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź nr 187

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 188

Pakiet 40, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” lub „2/0”?

Odpowiedź nr 188

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 189

Pakiet 40, pozycja 5 – 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych tj. wykonanych z najlepszej dostępnej na rynku stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na wyginanie?

Odpowiedź nr 189

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 190

Pakiet 40, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm?

Odpowiedź nr 190

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 191

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści objętość przestrzeni martwej 12 ml?

Odpowiedź nr 191

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 192

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 25 g, przestrzeń martwa 35 ml, skuteczność nawilżania min. 32 mg/l H₂O przy Vt 500ml?

Odpowiedź nr 192

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 193

Pakiet nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania min. 31 mg/l H₂O przy Vt 500ml?

Odpowiedź nr 193

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 194

Pakiet nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści komorę pomiarową o poj. 500ml, dren 120cm?

Odpowiedź nr 194

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 195

Pakiet nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę do podłączenia ssaka z PCV

Odpowiedź nr 195

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 196

Pakiet nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wydajność nawilżania 24 mg/l?

Odpowiedź nr 196

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 197

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznym?

Odpowiedź nr 197

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 198

Pakiet 9Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kaniula dotętnicza była dostarczana w komplecie z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paro przepuszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m²/24h) z wycięciem w opatrunku 10 mm x 15 mm na zawór Floswitch , z piankowymi podkładkami: pod skrzydełka i dodatkowymi piankowymi paskami do mocowania linii.

Odpowiedź nr 198

Zamawiający nie stawia wymogu dostarczania kaniuli w komplecie z ww. asortymentem.

Pytanie nr 199

Pakiet 9Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworów z potrójnym przedłużaczem o poniższych parametrach:

- z drenem mikro i standard wg potrzeb Zamawiającego
- z drenami o średnicy mikro:

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Każdy z drenów przedłużających zakończony zaworem bezigłowym, z możliwością podłączenia u pacjenta 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowykompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań -z drenami o średnicy standard:

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatraskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy.

Odpowiedź nr 199

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 200

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź nr 200

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie nr 201

Pakiet nr 36, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm?

Odpowiedź nr 201

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 202

Pakiet nr 36, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 70 mm?

Odpowiedź nr 202

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 203

Pakiet nr 36, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści szew z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 203

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 204

Pakiet nr 38

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wielkości porów 1,2-1,4 mm, gramatura 70 g/m², pakowane w pojedyncze opakowania foliowo-papierowe, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 204

Zamawiający wymaga parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 205

Pakiet nr 38, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10x15 cm?

Odpowiedź nr 205

Zamawiający wymaga rozmiaru opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 206

Pakiet nr 2, 16, 17

Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono na normę równoważną EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź nr 206

Zamawiający dopuści rękawicę spełniającą normę EN 16523-1 wszędzie tam, gdzie mowa o przenikaniu substancji chemicznych.

Pytanie nr 207

Pakiet nr 16 poz. 5-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne nitylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL max.1,5, zgodność z normą EN 455 (załączyć certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej), oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporna na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu. Przebadane na działaniem min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu i Melphalanu wg ASTM D6978. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL,

oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk) lub po 200sztuk (XL po 180 sztuk).

Odpowiedź nr 207

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 208

Pakiet nr 16 poz. 5-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne nitylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 3 alkoholi– etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez conajmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN- EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978- fabryczna informacja naopakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź nr 208

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 209

Pakiet nr 16 poz. 5-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice diagnostyczne nitylowe bez zawartości chloru i akceleratorów, zielone, grubość na palcach min.0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, EN 374- 1,2,4,5, ISO 16523-1, EN 420 z oznaczeniem naopakowaniu. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie znormą EN 374-3 – 3 lub ISO 16523-1, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671.Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony wfolię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001,ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki.

Odpowiedź nr 209

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 210

Pakiet nr 17 poz.1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących grubościach: palec – min.0,20mm, dłoń – min. 0,19mm, mankiet – min. 0,18mm.

Odpowiedź nr 210

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 211

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących grubościach: palec – min.0,21mm, dłoń – min. 0,17mm, mankiet – min. 0,145mm i długości rękawicy min. 260-280mm w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź nr 211

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 212

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania wewnętrzne papier, zewnętrzne folia-folia.

Odpowiedź nr 212

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 213

Pakiet nr 17 poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych o grubości na dłoni $0,20 \pm 0,01$ mm, sile zrywania min. 16,4N.

Odpowiedź nr 213

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 214

Pakiet nr 17 poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych składanych na pół.

Odpowiedź nr 214

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 215

Pakiet nr 17 poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych zgodnych z normą EN 374 -1(z wyłączeniem 5.3.2) -2, -3.

Odpowiedź nr 215

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 216

Pakiet nr 17 poz. 11-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź nr 216

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 217

Pakiet nr 17 poz. 11-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytana co najmniej mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania min.15 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź nr 217

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 218

Pakiet nr 17 poz. 17-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpydrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź nr 218

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 219

Pakiet nr 17 poz. 17-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpydrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź nr 219

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 220

Pakiet nr 17 poz. 17-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpydrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max. 0,5N/mm², grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku

ułatwiającym otwieranie, długość min.270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min.7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź nr 220

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 221

Pakiet nr 17 poz. 17-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych zgodnych z normą EN 374-1 (z wyłączeniem 5.3.2) -2, -3.

Odpowiedź nr 221

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 222

Pakiet nr 17 poz.25-32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość max. 0,17 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankietrolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rękawice zgodne z normą EN 455, EN 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2,3. Opakowanie jednostkowe podwójne (typu folia-folia): hermetyczne foliowe podciśnieniowe, zapewniające szczelność.

Odpowiedź nr 222

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 223

Pakiet nr 17 poz.25-32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, jasnobrązowe lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych

powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość max 0,18 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 33ug/g rękawicy, długość min. 290 mm, mankietrolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiających otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN ISO 374-1,2,4,5, przebadane na przenikanie substancji chemicznych wg normy EN 16523-1 (równoważna do normy EN 374-3).

Odpowiedź nr 223

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic opisanych w SIWZ lub dopuszczonych w innych odpowiedziach.

Pytanie nr 224

Pakiet nr 17 poz. 33-34

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 17 pozycji 33-34 tworząc nowy Pakiet o nazwie np. 17A.

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 224

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 225

Pakiet 9 poz. 14,15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji. Wydzielenie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 225

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji

Pytanie nr 226

Pakiet nr 24 – Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 24 dotychczas stosowane taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (dokładnie te same taśmy, na których pracują operatorzy od kilku lat), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodne, całkowicie niewchłaniające, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11 mm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 μm , gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej dwuczęściowej łatwej do usunięcia osłonce (mniejsza traumatyzacja, oznaczenie środka), zakończona w długie pętle, do zakładania taśmy dwa narzędzia wielokrotnego użytku o kształcie helikalnym do przeprowadzenia taśmy metodą in-out, out-in, bez anatomicznej prowadnicy ?

Odpowiedź nr 226

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanej taśmy.

Pytanie nr 227

Pakiet nr 11 Wyposażenie Bloku Operacyjnego: Poz.1.

Czy zamawiający dopuści elektrodę bierną jak w opisie ale o powierzchni aktywnej 103cm²?

Odpowiedź nr 227

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 228

Pakiet nr 11 Wyposażenie Bloku Operacyjnego: Poz.2.

Czy zamawiający dopuści elektrody bierne dla noworodków jak w opisie ale o powierzchni ogólnej 83cm² i powierzchni aktywnej 31cm²? Czy zamawiający dopuści elektrodę bierną jak w opisie ale o powierzchni aktywnej 103cm²?

Odpowiedź nr 228

Zamawiający wyraża zgodę.

z. up. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Dominik Ignaczak - pełnomocnik

